NOHE / PRACTICAL GUIDE

脑电系统中文选型概览

2026-11-07 版 • 面向科研选型与配置交流，不是报价或标准交付清单。

01 先区分平台、软件与扩展

核对项目	GES400	GES500
品牌与平台	Magstim EGI / GES400	Magstim EGI / GES500
公开软件名称	Net Station 5 系列	Net Station 6
核心组成	电极帽、放大器与采集软件	电极帽、放大器与采集软件
需另行核对	现有硬件、软件版本与扩展模块	具体硬件、软件许可与接口配置

02 根据实验，补齐工具组合

ERP：脑电采集 + 刺激呈现/行为记录 + 事件同步 + 分析工具。

TMS-EEG：兼容的脑电硬件与电极帽 + TMS + 触发同步 + 伪迹处理。

源成像：高密度脑电 + 电极坐标 + 所选头模/源估计软件。

03 采购前确认

提供具体型号、所需采集配置、软件版本与许可、接口、数据格式、电极帽类型及已有设备信息。安装、培训、维护和数据支持的范围应另行沟通。选项不等于标配，模块与兼容条件需逐项确认。

资料与使用范围

原厂公开资料：GES400 • GES500 • Net Station 6。

本页用于理解科研平台和软件关系。具体硬件参数、许可、兼容能力及可交付内容，以所选型号的有效资料和确认清单为准。